

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

NOMBRE DEL BIEN: GAS HELIO ANALITICO UHP 99.999 % PARA CROMATOGRAFOS TRANSIERRA 2025
UNIDAD SOLICITANTE: MANMED

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD REQUERIDA
1	GAS HELIO ANALITICO UHP 99.999 %	M3	85
2	GAS HELIO ANALITICO ALTA PUREZA UHP 5 GRADO 99.999% CERTIFICADO DE CALIDAD CON N° SERIAL DEL FABRICANTE; CERTIFICADO HIDROSTATICO DE LOS CILINDROS, HOJA DE SEGURIDAD. NOTA: SE ENTREGARAN LOS CILINDROS VACIOS DE ALMACEN TRANSIERRA SANTA CRUZ PARA LA RECARGA DEL GAS. LOS CILINDRO DE CAPACIDAD DE 8.5 M3 C/U ALTA PRESION CON VALVULA DE CONEXION CGA 580; PRESION 2600 PSI		
3	VOLUMEN: 8.5 M3 C/CILINDRO		SI
4	PRESION: 2600 PSI		SI
5	CONEXIÓN: CGA 580		SI
6	DOCUMENTO: CERTIFICADO CALIDAD, CERTIFICADO HIDROSTRATICO		SI
7	VIGENCIA CERTIFICADO:		SI
8	HOJA DE SEGURIDAD		SI
9	TIEMPO DE ENTREGA:	30	DIAS
10	LUGAR DE ENTREGA:		Almacen de YPFB TRANSPORTE S.A. de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Km 7 1/2 doble Vía la Guardia