



ENMIENDA N° 1

5000005285

“COMPRA DE GAS PATRON”

A todas las Empresas interesadas, hacemos llegar la siguiente información para la solicitud de cotización de referencia:

Donde dice:

En la planilla **Matriz de Evaluación de Ofertas (Composición y Incertidumbre)**, - en los **Términos de Referencia** pág. 1:

Pedido del Gas Patrón TRSA Rio Grande			
Composición Gas en línea			
Componente	Composición Promedio molar (Xi)	Incertidumbre del Gas Patron	Tolerancia del Gas Patron
Nitrógeno	0,6079	± 1 %	2%
Dióxido de carbono	1,6909	± 0,5 %	2%
Metano	91,6870	± 0,2 %	1%
Etano	5,7743	± 0,5 %	2%
Propano	0,1543	± 1 %	2%
isoButano	0,0261	± 5 %	5%
n-Butano	0,0373	± 5 %	5%
iso Pentano	0,0109	± 5 %	5%
n-Pentano	0,0032	± 5 %	5%
Hexanos	0,0052	± 5 %	5%
Heptano	0,0020	± 5 %	5%
Octano	0,0006	± 5 %	5%
Nonanos	0,0003	± 5 %	5%
Total	100,0000		

Debe decir:

En la planilla **Matriz de Evaluación de Ofertas (Composición y Incertidumbre)**, - en los **Términos de Referencia** pág. 1:



Composicion de gas de linea			
Componentes	Composicion Promedio Molar (Xi)	Incertidumbre del Gas Patrón	Tolerancia del Gas Patrón
Nitrogeno	0,6079	± 1%	2%
Dioxido de carbono	1,6909	± 0,5%	2%
Metano	91,687	± 0,2%	2%
Etano	5,7743	± 0,5%	2%
Propano	0,1543	± 1%	5%
IsoButano	0,0261	± 5%	5%
n-Butano	0,0373	± 5%	5%
IsoPentano	0,0109	± 5%	5%
n-Pentano	0,0032	± 5%	15%
Hexano	0,0052	± 5%	15%
Heptano	0,002	± 5%	15%
Octano	0,0006	± 5%	15%
Nonano	0,0003	± 5%	15%
Total	100		

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente **Enmienda1**, con el fin de que no tengan inconvenientes en subir su oferta al SRM.

Santa Cruz, 29 de julio del 2025