

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA



N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO: 5000006005
 NOMBRE DEL BIEN: GAS HELIO
 PROYECTO:
 UNIDAD SOLICITANTE: MANMED

ITEM	Código	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD REQUERIDA	EMPRESA	EMPRESA		
					RESULTADO TÉCNICO	RESULTADO TÉCNICO		
1	11006529	<u>GAS HELIO ANALITICO UHP 99.999 %</u>	M3	68	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE		
		GAS HELIO ANALITICO ALTA PUREZA UHP 5 GRADO 99.999% CERTIFICADO DE CALIDAD CON N° SERIAL DEL FABRICANTE; CERTIFICADO HIDROSTATICO DE LOS CILINDROS, HOJA DE SEGURIDAD. NOTA: SE ENTREGARAN LOS CILINDROS VACIOS DE ALMACEN TRANSIERRA SANTA CRUZ PARA LA RECARGA DEL GAS. LOS CILINDRO DE CAPACIDAD DE 8.5 M3 C/U ALTA PRESION CON VALVULA DE CONEXION CGA 580; PRESION 2600 PSI			CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE		
		VOLUMEN: 8.5 M3 C/CILINDRO		SI	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE		
		PRESION: 2600 PSI		SI	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE		
		CONEXIÓN: CGA 580		SI	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE		
		DOCUMENTO: CERTIFICADO CALIDAD, CERTIFICADO HIDROSTRATICO		SI	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE		
		VIGENCIA CERTIFICADO:		SI	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE		
		HOJA DE SEGURIDAD		SI	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE		
		TIEMPO DE ENTREGA	90	DIAS	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE		
		LUGAR DE ENTREGA DDP Almacén Santa Cruz YPFB Transporte	-	-	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE		
RESULTADO					HABILITADA/NO HABILITADA	HABILITADA/NO HABILITADA		